

三开门药品冷藏柜（医用冷藏箱）配置要求

配置要求：

1. 温度范围（℃）：冷藏（2-8）
2. 有效容积： $\geq 1200\text{L}$
3. 制冷方式：风冷，温湿度双控双显，控温控湿，自带除湿功能，确保温湿度稳定，保证药品储存安全；
4. 可精准控制温湿度，温度可控范围 $2\text{ }^\circ\text{C}-8\text{ }^\circ\text{C}$ ，控温精度为 $0.1\text{ }^\circ\text{C}$ ，湿度可控范围 35%-75%；可有自动记录、存储温湿度（温湿度记录时间间隔可调）功能，USB 接口可导出数据；
5. 自带温湿度控制器，有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常时，需有报警功能，声光或蜂鸣器报警提示，可及时提醒异常情况；需双层电加热玻璃门，有效防止门体凝露。
6. 使用期间，柜内无异味，内胆需抗氧化耐腐蚀。
7. 蒸发器配有加热丝。
8. 保修期：整机一年，压缩机三年，全国联保，终身维修
9. 药品冷藏柜（医用冷藏箱）需有医疗器械产品注册证号或者第二类医疗器械经营备案凭证，产品需完全符合 GSP 认证标准，有国家相关法定部门出具的校准证书。

周旋  李明江

扫码使用
 夸克扫描王

